


|       |                                 |       |               |
|-------|---------------------------------|-------|---------------|
| 项目名称  | 龙眼多糖                            | 报告编号  | OTZJ260402003 |
| 参考标准  | 客户标准                            |       |               |
| 样品描述  | 溶液                              |       |               |
| 检测要求  | 满足检测要求                          |       |               |
| 色 谱 柱 | Excsep™ SEC 120, 4.6×250mm, 5μm |       |               |
| 流 动 相 | 屈臣氏纯水 等度洗脱                      |       |               |
| 检 测 器 | 示差折光检测器 35°C                    | 柱 温   | 35°C          |
| 流 速   | 0.5mL/min                       | 进 样 量 | 20μL          |

样品溶液色谱图：



|   | 名称 | 保留时间  | 分离度   | 拖尾因子  | 理论板数 |
|---|----|-------|-------|-------|------|
| 1 |    | 3.050 |       | 0.927 | 319  |
| 2 |    | 3.906 | 1.701 | 0.783 | 2146 |
| 3 |    | 5.403 | 2.939 | 1.085 | 978  |
| 4 |    | 6.319 | 1.856 | 0.848 | 6405 |