



项目名称	人工牛黄胆固醇含量测定		报告编号	OTSH250917001R
参考标准	中国药典 2025 版一部			
样品描述	对照品溶液、供试品溶液			
检测要求	满足人工牛黄胆固醇含量测定的检测要求			
色 谱 柱	Excsep® C18 4.6×250mm,5μm			
流 动 相	甲醇			
检 测 器	蒸发光检测器，气流量：1.5L/min， 漂移管温度：60℃，雾化器温度：50℃		柱 温	35℃
流 速	1.0mL/min		进 样 量	10μL

对照溶液色谱图：



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1	胆固醇	13.930	/	1.17	21358

供试品溶液色谱图：



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1	胆固醇	13.935	/	1.18	21015