



项目名称	灯盏细辛合剂含量测定	报告编号	OTSHC250225002R
参考标准	客户方法		
样品描述	供试品溶液		
检测要求	满足灯盏细辛合剂含量测定的检测要求		
色 谱 柱	Excsep® C18 4.6×100mm,5μm		
流 动 相	甲醇-四氢呋喃-0.1%磷酸=8-8-84		
检 测 器	UV 335nm	柱 温	40°C
流 速	1.0mL/min	进 样 量	10μL

空白溶液色谱图：



供试品溶液色谱图：



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1	野黄芩苷	8.720	/	0.92	2544