



项目名称	人工牛黄胆固醇含量测定		报告编号	OTSH250917001R
参考标准	中国药典 2025 版一部			
样品描述	对照品溶液、供试品溶液			
检测要求	满足人工牛黄胆固醇含量测定的检测要求			
色 谱 柱	Excsep® C18(2) 4.6×250mm,5μm			
流 动 相	甲醇			
检 测 器	蒸发光检测器, 气流量: 1.5L/min, 漂移管温度: 60°C, 雾化器温度: 50°C	柱 温	35°C	
流 速	1.0mL/min	进 样 量	10μL	

对照溶液色谱图:



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1	胆固醇	11.112	/	1.33	20226

供试品溶液色谱图:



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1	胆固醇	11.123	/	1.27	19570