


项目名称	海藻糖含量测定	报告编号	OTJHM2500714001R
参考标准	中国药典 2025 版四部		
样品描述	混合对照品溶液		
检测要求	满足海藻糖含量测定的检测要求		
色谱柱	Excsep® Sugar-Na 7.8×300mm,8μm		
流动相	水		
检测器	示差折光检测器, 35°C	柱温	85°C
流速	0.3mL/min	进样量	20μL

混合对照品溶液色谱图:



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1	麦芽三糖	17.010	/	1.07	14692
2	海藻糖	17.927	1.58	1.07	15293
3	葡萄糖	21.651	5.84	1.00	16627