


项目名称	海藻糖含量测定	报告编号	OTZJM250805002R
参考标准	中国药典 2025 版四部		
样品描述	混合对照品溶液		
检测要求	满足海藻糖含量测定的检测要求		
色谱柱	Excsep® Sugar-H 7.8×300mm,8μm		
流动相	水		
检测器	示差折光检测器, 35°C	柱温	80°C
流速	0.4mL/min	进样量	20μL

混合对照品溶液色谱图:



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1	麦芽三糖	12.097	/	1.27	15187
2	海藻糖	12.810	1.74	1.31	15654
3	葡萄糖	14.550	4.01	1.25	17912