


项目名称	硝苯地平	报告编号	OTJH260313001
参考标准	中国药典 2025 年版二部		
样品描述	硝苯地平		
检测要求	满足分离度检测要求		
色谱柱	Excsep™ C18, 4.6×150mm, 5μm		
流动相	水-甲醇=40-60		
检测器	UV 235nm	柱 温	30°C
流 速	1.0mL/min	进 样 量	20μL

样品溶液色谱图:



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1		5.623		1.047	9065.67
2	硝苯地平	7.115	5.564	0.994	9387.46