


项目名称	地唑氯铵	报告编号	OTJH260209002
参考标准	客户方法		
样品描述	供试品溶液		
检测要求	满足客户检测要求		
色 谱 柱	Excsep C18 (2) , 4.6×150mm, 5μm		
流 动 相	流动相 A: 甲醇; 流动相 B: 0.005mol/L 庚烷磺酸钠溶液 等度洗脱		
检 测 器	UV 240nm	柱 温	30°C
流 速	1.0mL/min	进 样 量	20 μL

供试品溶液色谱图:



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1	地唑氯铵	25.804		1.03	8601

