



项目名称	未知大分子有关物质	报告编号	OTJHM250901003R
参考标准	客户方法		
样品描述	供试品溶液 (22KDa)		
检测要求	满足未知大分子有关物质的检测要求		
色谱柱	Excsep® SEC-300 7.8×300mm,3μm		
流动相	(50mmol/L 磷酸盐+300mmol/L 氯化钠)-乙腈=90-10		
检测器	UV 220nm	柱 温	30°C
流 速	0.5mL/min	进 样 量	10μL

空白溶液色谱图:



供试品溶液色谱图:



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1		15.877	/	0.85	8417
2		17.494	2.50	1.04	12563