


项目名称	未知混合蛋白含量测定	报告编号	OTJH251112002R
参考标准	客户方法		
样品描述	混合标准品溶液		
检测要求	满足未知混合蛋白含量测定的检测要求		
色谱柱	Excsep® SEC-300 7.8×300mm,5μm		
流动相	300mM 氯化钠+50mM 磷酸盐 (pH=6.8)		
检测器	UV 280nm	柱 温	25°C
流 速	0.86mL/min	进 样 量	5μL

混合标准品溶液色谱图：



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1		7.158	/	0.89	5738
2		7.769	1.34	1.16	3506
3		8.467	1.39	1.13	5027
4		9.378	1.43	1.24	2219
5		10.455	1.75	1.12	9377
6		11.406	2.34	1.25	14245
7		12.760	3.78	1.40	23419
8		15.008	6.90	1.20	35514