


项目名称	聚乙二醇 3350	报告编号	OTZJ260302002
参考标准	中国药典 2025 版二部		
样品描述	供试品溶液		
检测要求	满足拖尾检测要求		
色谱柱	Excsep™ SEC 120, 7.8×300mm, 5μm		
流动相	流动相 A: 纯水 等度洗脱		
检测器	RI 35 度	柱 温	35°C
流 速	0.8mL/min	进 样 量	20μL

供试品液相色谱图:



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1		11.207		1.045	2203.2818

