


项目名称	柠檬酸钠	报告编号	OTJH2607060021
参考标准	客户标准		
样品描述	溶液		
检测要求	柠檬酸钠含量		
色 谱 柱	Excsep™ AQ C18, 5μm, 4.6×250mm		
流 动 相	流动相 A: 0.01mol/L 磷酸二氢钾溶液 (磷酸调 PH 至 3.0) ; 流动相 B: 乙腈 梯度洗脱		
检 测 器	210 nm	柱 温	35℃
流 速	1.0mL/min	进 样 量	10 μ L

对照品溶液色谱图:



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1		7.163		1.033	16871