



项目名称	景天祛斑胶囊中红景天苷含量测定		报告编号	OTSHC251229001R
参考标准	客户方法			
样品描述	对照品溶液、供试品溶液			
检测要求	满足景天祛斑胶囊中红景天苷含量测定的检测要求			
色谱柱	Excsep® C18(2) 4.6×150mm,5µm			
流动相	流动相 A: 乙腈 流动相 B: 0.2%磷酸溶液, 按梯度洗脱			
检测器	UV 225nm	柱 温	30°C	
流 速	1.0mL/min	进 样 量	10µL	

对照品溶液色谱图:



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1	红景天苷	18.851	/	0.99	7051

供试品溶液色谱图:



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1	红景天苷	18.956	/	1.02	7205

