



| | | | | |
|------|-------------------------------|-----|------|----------------|
| 项目名称 | 木香含量测定 | | 报告编号 | OTZJ260115001R |
| 参考标准 | 中国药典 2025 年版一部 | | | |
| 样品描述 | 对照品溶液、供试品溶液 | | | |
| 检测要求 | 满足木香含量测定的检测要求 | | | |
| 色谱柱 | Excsep® SCB-C18 4.6×250mm,5μm | | | |
| 流动相 | 甲醇-水=65-35 | | | |
| 检测器 | UV 225nm | 柱温 | 30°C | |
| 流速 | 1.0mL/min | 进样量 | 10μL | |

对照品溶液色谱图：



| | 名称 | 保留时间 | 分离度 | 拖尾因子 | 理论板数 |
|---|----|--------|------|------|-------|
| 1 | | 23.282 | / | 1.07 | 17766 |
| 2 | | 26.588 | 4.41 | 1.06 | 18804 |

供试品溶液色谱图：



| | 名称 | 保留时间 | 分离度 | 拖尾因子 | 理论板数 |
|---|----|--------|------|------|-------|
| 1 | | 23.231 | / | 1.08 | 17543 |
| 2 | | 26.549 | 4.40 | 1.05 | 18461 |

