



项目名称	通脉降脂片含量测定		报告编号	OTSHM251219001R
参考标准	WS3-B-1827-94-2023			
样品描述	对照品溶液, 供试品溶液			
检测要求	满足通脉降脂片含量测定的检测要求			
色谱柱	Excsep® SCB-C18 4.6×250mm,5μm			
流动相	流动相 A: 乙腈 流动相 B: 水, 按梯度洗脱			
检测器	UV=203 nm	柱温	20°C	
流速	1.0mL/min	进样量	10μL	

对照品溶液色谱图:



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1	三七皂苷 R1	36.068	/	0.94	14721
2	人参皂苷 Rg1	45.744	11.25	0.98	128374
3	人参皂苷 Rb1	76.852	53.03	0.93	227068

供试品溶液色谱图:



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1	三七皂苷 R1	36.292	/	1.04	12508
2	人参皂苷 Rg1	45.894	10.49	0.97	129679
3	人参皂苷 Rb1	76.704	49.61	0.82	187665