



| | | | |
|------|------------------------------|------|----------------|
| 项目名称 | 木香含量测定 | 报告编号 | OTZJ260115001R |
| 参考标准 | 中国药典 2025 年版一部 | | |
| 样品描述 | 对照品溶液、供试品溶液 | | |
| 检测要求 | 满足木香含量测定的检测要求 | | |
| 色谱柱 | Excsep® C18(2) 4.6×250mm,5μm | | |
| 流动相 | 甲醇-水=65-35 | | |
| 检测器 | UV 225nm | 柱温 | 30°C |
| 流速 | 1.0mL/min | 进样量 | 10μL |

对照品溶液色谱图:



| | 名称 | 保留时间 | 分离度 | 拖尾因子 | 理论板数 |
|---|----|--------|------|------|-------|
| 1 | | 16.015 | / | 1.00 | 16874 |
| 2 | | 18.630 | 4.88 | 0.98 | 17596 |

供试品溶液色谱图:



| | 名称 | 保留时间 | 分离度 | 拖尾因子 | 理论板数 |
|---|----|--------|------|------|-------|
| 1 | | 16.040 | / | 0.98 | 16851 |
| 2 | | 18.666 | 4.86 | 0.99 | 17318 |