


项目名称	西黄丸中胆红素含量测定	报告编号	OTSHC251222003R
参考标准	中国药典 2025 版一部		
样品描述	供试品溶液		
检测要求	满足西黄丸中胆红素含量测定的检测要求		
色谱柱	Excsep® C18 4.6×150mm,5μm		
流动相	乙腈-1%醋酸溶液=95-5		
检测器	UV 450nm	柱 温	30°C
流 速	1.0mL/min	进 样 量	5μL

供试品溶液色谱图：



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1		11.132	/	0.98	10271

