



项目名称	木香含量测定	报告编号	OTZJ260115001R
参考标准	中国药典 2025 年版一部		
样品描述	对照品溶液、供试品溶液		
检测要求	满足木香含量测定的检测要求		
色谱柱	Excsep® HPH-C18 4.6×250mm,5μm		
流动相	甲醇-水=65-35		
检测器	UV 225nm	柱温	30°C
流速	1.0mL/min	进样量	10μL

对照品溶液色谱图:



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1		14.518	/	0.97	14243
2		17.203	5.05	0.97	15309

供试品溶液色谱图:



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1		14.671	/	0.95	13443
2		17.418	4.95	0.94	14282