


项目名称	水麦冬酸	报告编号	OTJH260220002
参考标准	客户标准		
样品描述	水麦冬酸对照溶液		
检测要求	满足含量测定检测要求		
色 谱 柱	Excsep™ SCB C18 300A, 4.6×150mm, 5μm		
流 动 相	流动相 A: 0.1%磷酸; 流动相 B: 乙腈 梯度洗脱		
检 测 器	UV 210nm	柱 温	25°C
流 速	0.8mL/min	进 样 量	10μL

对照品溶液色谱图:



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1	水麦冬酸	19.536		1.035	23853