


|       |                                  |       |               |
|-------|----------------------------------|-------|---------------|
| 项目名称  | 三氯蔗糖                             | 报告编号  | OTJH260605001 |
| 参考标准  | 《中国药典》2025 版四部                   |       |               |
| 样品描述  | 液体                               |       |               |
| 检测要求  | 含量测定                             |       |               |
| 色 谱 柱 | Excsep™ C18 300A, 4.6×250mm, 5μm |       |               |
| 流 动 相 | 水-乙腈 等度洗脱                        |       |               |
| 检 测 器 | 示差折光检测器 30°C                     | 柱 温   | 50°C          |
| 流 速   | 1.5mL/min                        | 进 样 量 | 20μL          |

对照品溶液色谱图：



|   | 名称   | 保留时间  | 分离度 | 拖尾因子 | 理论板数 |
|---|------|-------|-----|------|------|
| 1 | 三氯蔗糖 | 4.347 |     | 1.70 | 3671 |