



项目名称	维生素 C	报告编号	OTZJ260529001
参考标准	GB 5009.86-2025		
样品描述	液体		
检测要求	含量测定		
色 谱 柱	Excsep™ AQ C18, 4.6×150mm, 3μm		
流 动 相	四丁基氢氧化铵溶液 (pH=4.74) 等度洗脱		
检 测 器	265 nm	柱 温	30°C
流 速	1.0mL/min	进 样 量	10μL

对照品溶液色谱图：



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1	维生素 C	5.198		1.015	16226

样品溶液色谱图：



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1	维生素 C	5.200		1.01	16421
2		5.578	1.86	0.88	9654